

泸州市中医医院

2025 年政府采购国产医用耗材

第六批采购项目采购需求

一、采购项目基本情况

- 1、项目名称：泸州市中医医院 2025 年政府采购国产医用耗材第六批采购项目
- 2、项目所属分类：服务 货物 工程
- 3、预算金额：4381208.12 元(大写金额:肆佰叁拾捌万壹仟贰佰零捌元壹角贰分)
- 4、供货期限：合同签订生效后 2 年，合同期满或实际结算金额达到合同总额时，合同自动终止。
- 5、供货地点：泸州市中医医院采购人指定地点
- 6、预计采购数量：详见采购清单
- 7、预计实施采购时间：2025 年 11 月
- 8、联系人：医学装备部 高先生 0830—3120615

二、采购项目简介：

泸州市中医医院 2025 年政府采购国产医用耗材第六批采购项目。

三、供应商应具备的资格条件：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 4、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 5、法律、行政法规规定的其他条件；
- 6、本项目不接受联合体。
- 7、特殊资格要求：

7.1、本项目中拟采购的产品为医疗器械的，所投产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料【含配置清单中独立的医疗器械】；本项目中拟采购的产品为医疗器械的，供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供供应商经营该产品的经营许可/经营备案证明材料；本项目中拟采购的产品如属于消毒产品的（含配置清单中独立的消毒产品），提供所投产品有效的《消毒产品卫生安全评价报告》，所投产品若为新消毒产品须提供有效的卫生许可批件复印件。【提供证书复印件，如：“多证合

一”查看营业执照复印件】

7.2、对医疗器械有国家行政管理部门出具的最新分类或不纳入管理的政策依据的，按最新政策提供上述证书并提供相关说明；如存在“是否属于医疗器械”和“是否属于消毒产品”处标注错误时，供应商提供相关证明材料予以说明即可。

四、产品技术要求

1、采购清单及参数要求：

序号	医疗耗材名称	是否进口	拟招标周期(年)	预算数量	最高限价(元)	预算金额(元)	参数
1	造口袋	否	2	330	17.5	5775	1、用途：于造口排泄物的收集；2、包装要求：≤15个/盒；3、组成：由袋身、无纺布、连接环、扣环和封口夹组成；4、规格：≤60mm。
2	造口护理用品附件	否	2	165	16.8	2772	1、用途：用于填平造口周围完整皮肤上的四陷、皱褶，在造口和造口密封；2、包装要求：≤10片/盒；3、组成：由丁烯共聚物、明胶、聚丙二醇和乙烯-乙酸乙烯酯共聚物组成；4、规格：可塑贴环；▲5、其他要求：可根据不同造口形状灵活塑形。
3	二件式尿路造口袋	否	2	9	31.5	283.5	1、用途：用于尿路改道后收集尿液；2、包装要求：≤10个/盒；3、组成：由袋身、无纺布、连接环、扣环、抗返流膜和排放阀组成。4、能与我院造口护理用品附件（造口底盘）配套使用或同一注册证下有能匹配的造口护理用品附件（造口底盘）。
4	医用压力弹性绷带	否	2	810	91	73710	1、用途：用于对创面敷料、绷带等提供粘贴力，以起到固定作用；2、包装要求：≤12卷/盒；3、材料：纯棉、氨纶和丙烯酸医用胶；▲4、规格：至少包含7.5*5cm。
5	一次性使用全自动活检针	否	2	75	406	30450	1、用途：用于获得肝、肾、前列腺、脾、淋巴结和各软组织瘤的活检组织；2、包装要求：≤5支/盒；3、组成：由手柄和活检针组成；4、材质：手柄由树脂和热塑性弹性体构成，活检针由304不锈钢穿刺针和同心套管组成；5、灭菌产品，一次性使用；6、规格：直径：1.2mm，至少包含长度16cm；7、其他要求：内芯切割槽为斜坡形。

6	一次性使用全自动活检针	否	2	75	595	44625	1、用途：用于穿刺活检取样；2、包装要求：≤5个/盒；3、组成：活检针由衬芯、针管、弹簧、把手和针座组成；4、灭菌产品，一次性使用；5、规格：至少包含14G*11cm
7	带线缝合针	否	2	1332	31.36	41771.52	1、用途：用于一般软组织的缝合和结扎,适用于心血管、神经外科和眼外科手术；2、包装要求：≤36包/盒；3、组成：由多股带硅酮涂层的缝线和缝针组成；4、材质：缝线由聚对苯二甲酸乙二醇酯制成；5、缝针由不锈钢材料制成；6、灭菌产品，一次性使用；▲7、规格：至少包含反角针1/2circle55mm，线长：75cm。
8	外周神经丛刺激针（D型）	否	2	100	154	15400	1、用途：用于外周神经丛的阻滞及刺激；2、包装要求：≤10支/盒；3、组成：由神经刺激阻滞针、神经刺激阻滞针套管、导管及导管接头、过滤器、固定系统、注射管、穿刺针组成；4、材质：主要由304不锈钢，聚甲基丙烯酸甲酯材料制成；5、灭菌产品，一次性使用；▲6、规格：直型，至少包含长度50mm、外径0.7mm和长度100mm、外径0.8mm两种规格；▲7、至少具备直型针尖，侧孔针尖，勺形针尖三种针尖。
9	连续神经丛阻滞套件	否	2	50	476	23800	1、用途：用于外周神经丛的阻滞及刺激；2、包装要求：≤10支/盒；3、组成：由神经刺激阻滞针、神经刺激阻滞针套管、导管及导管接头、过滤器、固定系统、注射管、穿刺针组成；4、材质：主要由304不锈钢，聚甲基丙烯酸甲酯材料制成；5、灭菌产品，一次性使用；6、规格：直型，至少包含长度100mm、外径1.1mm，导管至少包含长度500mm、外径0.9mm，注射管至少包含长度400mm；▲7、至少具备直型针尖，侧孔针尖，勺形针尖三种针尖；▲8、延长管可以拆卸。
10	造口护理用品附件	否	2	165	16.8	2772	1、用途：用于填平造口周围完整皮肤上的四陷、皱褶,在造口和造口密封；2、包装要求：≤10片/盒；3、组成：由丁烯共聚物、明胶、聚丙二醇和乙烯-乙酸乙烯酯共聚物组成；4、规格：可塑贴环；▲5、其他要求：可根据不同造口形状灵活塑形。

11	一次性使用热湿交换过滤器	否	2	9	31.5	283.5	1、用途：用于通过保留病人呼出气体的热度和湿度，加热加湿呼吸回路中吸入的气体；2、包装要求：≤25个/盒；3、组成：由外壳和湿度交换材料组成；4、材质：外壳材质为聚丙烯，湿度交换材料为亲水纤维素；5、灭菌：灭菌产品，一次性使用；▲6、其他要求：湿度输出≥28mgH ₂ O/L，温度输出≥29.5℃。
12	一次性使用灭菌橡胶外科手套	否	2	184800	2.1	388080	1、用途：用于外科操作中以保护病人和使用者，避免交叉感染；2、包装要求：1双/包，≤50双/盒；3、材质：由天然橡胶胶乳制成；4、灭菌产品，一次性使用；▲5、规格：至少包含5.5、6、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0八种规格；▲6、其他要求：6.1、老化前扯断力的最小值≥12.5N，扯断伸长率的最小值≥700%，300%定伸负荷≤2.0N；6.2、老化后扯断力的最小值≥9.5N，老化后扯断伸长率的最小值≥550%；7、灭菌后产品的微生物存活率达到≥10 ⁻⁶ ；▲8、需符合《GB/T 7543-2020 一次性使用灭菌橡胶外科手套》标准。
13	透明敷料贴膜	否	2	22500	9.1	204750	1、用途：用于导管固定；2、包装要求：≤50片/包；3、材质：以聚氨酯薄膜为主要材料，表面均匀涂有丙烯酸粘合剂；4、灭菌产品，一次性使用；▲5、规格：至少包含10*12cm；▲6、其他要求：潮气通透率(G/M ² /24h)≥14000。
14	一次性使用手术单	否	2	35880	4.62	165765.6	1、用途：铺在患者身下，防交叉污染；2、包装要求：≤250套/件；3、规格：220*90cm±10%；4、组成：由床单和松紧带组成；5、材质：由淋膜防水材料制成；6、灭菌产品，一次性使用；7、其他要求：7.1、单位面积质量≥20g/m ² ；▲7.2、沾水等级≥GB/T 4745-2012中沾水等级的3级规定；▲7.3、纵向断裂强力≥17.0N、横向断裂强力≥3.0N；7.4、阻微生物穿透湿态：关键区域≥2.8IB；洁净度-微粒物质：关键区域≤3.5IPM；7.5、落絮：关键区域≤4.0log ₁₀ ；7.6、抗渗水性：关键区域应≥30cmH ₂ O；7.7、胀破强力：关键区域干态与湿态的胀破强力≥40Kpa；7.8、断裂强力：关键区域干态与湿态的断裂强力≥15N。

15	医用 打印 胶片	否	2	294000	2.12	623280	<p>1. 胶片技术指标要求：</p> <p>1.1 规格：A4</p> <p>1.2 分辨率：≥9600DPI</p> <p>1.3 厚度：≥160 μm</p> <p>1.4 材质：聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)树脂</p> <p>1.5 色泽：瓷白色（亮光）</p> <p>1.6 能满足医院超声检查医疗信息和影像报告的记录打印，质量要求：胶片应具有影像层次丰富、清晰度高、平整度好、几何尺寸稳定等优质特点，利于医务人员进行细微病灶的诊断。。</p> <p>1.7 保存：保存期不低于 24 个月</p> <p>1.8 每张产品有正反面识别缺口，方便医生识别。</p> <p>1.9 胶片环安全无污染，且能提供胶片不含铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯等有害物质【提供第三方检测报告或厂家出具的生产配方说明加盖公章】</p> <p>1.10 所有货物须为全新的、未使用过的原装正品。</p> <p>2. 配套打印机：（注：彩色喷墨打印机非强制节能产品，属于优先采购，提供节能在评分中有加分）</p> <p>2.1 打印方式：彩色喷墨</p> <p>2.2 打印速度：≥60 张/小时</p> <p>2.3 可无缝对接医院信息系统。</p> <p>2.4 数量≥9 台，服务合同期间内，如采购方需要，无条件提供配套的自助取片机。</p> <p>2.5 打印机维护和维修由胶片供应商负责，打印机需要的耗材由胶片供应商免费提供。供应商免费提供总供应量 5%的损耗胶片。</p>
16	白凡士林	否	2	240	12	2880	<p>★1、用途：作润滑剂软膏基质；2、包装：1 瓶/盒；★3、规格：≥400ml；4、材质：白色或微黄色均匀的软膏状物；5、有效期≥2 年</p>
17	心电 导联 线	否	2	69	280	19320	<p>★1、用途：与监护仪、心电图机等配套使用，连接于仪器和电极之间，用于传递自人体体表采集到的电生理信号；2、包装：1 套/包；★3、规格：至少包含六针双槽插头；4、组成：由连接仪器的插头、主电缆、连接器、导联线和导联线按钮组成；★5、需与我院迈瑞 MEC-1000 监护仪匹配使用</p>

18	弹力绷带	否	2	3810	28	106680	<p>★1、用途：用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用；2、包装：1个/包；</p> <p>★3、规格：至少包含7.5*450cm；4、材质：以弹性织物为基材、涂上以天然橡胶为主要原材料的配合粘胶剂而制成；5、有效期≥2年；</p> <p>★6、弹力绷带的粘着性剥离强度≥1.0N/2.5cm</p>
19	一次性使用医用单	否	2	1350	36	48600	<p>★1、用途：临床护理时使用；2、包装：≤50套/件；3、规格：至少包含200*100cm，200*160cm，80*60cm，260*160cm；4、材质：38g覆膜非织造布、23g非织造布制成；5、灭菌产品，一次性使用；6、有效期：≥2年；7、其他要求：医用单表面平直、整齐、无污点、无裂缝、无孔洞，裁切边缘无明显的歪斜现象；8、环氧乙烷残留量≤10ug/g。</p>
20	一次性使用无菌阴道扩张器	否	2	54000	1.05	56700	<p>★1、用途：妇产科检查用；2、包装：1个/包；3、组成：由上叶、下叶和手柄组成；4、材质：聚丙烯；5、消毒产品，一次性使用；6、有效期≥2年。</p>
21	心电图纸	否	2	75	10	750	<p>★1、用途：适用于光电、理邦、邦建、中旗等心电图机打印使用；2、包装：1卷/包；★3、规格：110*140cm-20M</p>
22	固定胶带	否	2	30	95	2850	<p>★1、用途：用于十二导心电图检查、标测心电图检查、心音图、心率变异性分析、心室晚电位、心功能测定等诊疗项目；2、包装：≤100卷/盒；★3、规格：至少包含：直径*内径*高：52*22*35mm；4、组成：由固定板、双面胶组成；5、材质：ABS；6、灭菌产品，一次性使用；7、有效期：≥2年</p>
23	医用退热凝胶	否	2	1200	98	117600	<p>★1、用途：适用于治疗黄褐斑，玫瑰痤疮，痤疮，肌肤暗沉，脂溢性皮炎等疾病的辅助治疗；2、包装：单支独立包装；★3、规格：≥10g/支；4、组成：主要由纯化水，甘油，卡波姆，海藻糖等组成。5、材质：包含软管，瓶盖；6、可重复使用；7、有效期：≥2年</p>
24	大隐静脉剥脱系统	是	2	3	850	2550	<p>★1、用途：大隐静脉抽剥；2、包装：1套/袋；★3、组成：至少包含220cm导管1根，手柄1把，橄榄头4个（6mm，9mm，11mm，13mm）；4、材质：PA；5、灭菌产品，一次性使用；7、有效期：≥2年</p>

25	热敏 胶片	否	2	412200	5.8	2390760	<p>1、系统：集成自助打印和云影像系统，实现与医院其他软件（HIS、LIS、PACS、CA 认证系统、HERP、互联网医院、微信公众号、小程序、电子健康卡、居民社保卡等系统）进行对接；</p> <p>1.1 胶片尺寸：至少包含 14*17 英寸、11*14 英寸、10*12 英寸、8*10 英寸；</p> <p>★1.2 胶片密度：≥2.4</p> <p>★1.3 分辨率：≥320dpi</p> <p>★1.4 灰阶：≥14bit</p> <p>1.5 胶片类型：热敏胶片或激光胶片</p> <p>1.6 质量：胶片应具有灰雾小、反差适中、影像层次丰富、清晰度高、平整度好、几何尺寸稳定等优质特点，利于医务人员进行细微病灶的诊断。</p> <p>★1.7、为保障影像输出的稳定性和一致性，要求胶片、打印设备和云影像为同一厂家（提供资质证明）；</p> <p>1.8 保存：保质期≥24 个月</p> <p>★1.9 胶片环保安全无污染，且能提供胶片不含铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯等有害物质【提供第三方检测报告或厂家出具的生产配方说明加盖公章】</p> <p>1.10 所有货物须为全新的、未使用过的原装正品。</p> <p>2. 配套打印设备技术要求：</p> <p>★2.1 自助取片机，能同时打印胶片和诊断报告。</p> <p>2.2 胶片打印形式为热敏打印或激光打印。</p> <p>★2.3 胶片盒≥2 个，每盒容量≥100 张，打印报告纸盒容量≥200 张。</p> <p>2.4 打印速度≥60 张/小时。</p> <p>2.5 支持最少二维码和条形码等多种识别方式。</p> <p>2.6 可无缝对接医院信息系统。</p> <p>2.7 数量≥6 台，服务合同期间内，如采购方需要，无条件提供配套的自助取片机。</p> <p>3. 配套云影像技术要求：</p> <p>3.1、支持基于云存储的移动端应用浏览服务，无需安装客户端便可调阅影像及报告：至少支持 Windows、IOS 及安卓操作系统；</p> <p>3.2、支持通过二维码、检查号、身份证号、手机号等方式关联患者影像空间的云电子胶片、各类检查报告、DICOM 影像的移动端浏览；支</p>
----	----------	---	---	--------	-----	---------	---

							<p>持与医院短信平台/微信平台对接,且为患者提供短信提醒服务;</p> <p>3.3、患者浏览图片应与自助机获得的电子胶片相同,已在医院打印胶片患者,电子化服务可以根据医院意愿开放或关闭;</p> <p>3.4、支持提供的自助终端能让患者自主选择是否需要胶片或云影像</p> <p>3.5、为了保证数据安全性,云影像支持 MD5、SM4 等加密传输</p> <p>3.6、支持云影像服务预警功能,可通过短信等方式提醒医院管理人员各种故障</p> <p>3.7、支持支持患者匿名分享、加密分享、日期限制分享等,满足不同患者对自己云影像数据的管理要求</p> <p>3.8、支持报告上传覆盖、删除覆盖功能,覆盖规则根据医院实际需求定制</p> <p>3.10、支持可以根据检查类型和检查时间对云归档系统上的数据进行统计;表格的形式展现各类型检查在指定时间范围内的检查次数和总存储容量,并支持图形化方式展现,且可以输出为 excel 文件并打印;支持自助打印系统对胶片的各种类型统计</p> <p>★3.11 为保障信息安全,云影像软件平台(自研产品)需具备公安部网络安全等级保护不低于三级要求,并提供响应等保证文件</p> <p>★3.12 提供大型云资源运营商对象存储,为保护病人隐私,存储位置严禁存在企业自身私有云端,必须出具产品厂家与大型云资源运营商签订的战略合作协议证明。</p>
26	医用纱布敷料	否	3	300	30	9000	<p>1、用途:适用于下肢深静脉血栓形成患者(冰硝化瘀散外敷治疗用)和乳腺增生患者(A款药膜外敷治疗用);</p> <p>2、包装:1块/包;</p> <p>★3、规格:80cm*1000cm;</p> <p>4、组成:经纱×纬纱:21×21;经密×纬密:110×98;</p> <p>5、灭菌使用:本产品为非灭菌产品,一次性使用;</p> <p>6、产品有效期:有效期5年。</p>

2、产品质量要求:

2.1 质保期:所有产品验收合格后≥2年。(产品生产厂家质保期>2年的,按生产厂家质保执行)。

服务要求：

3.1 交货地点：泸州市中医医院。

3.2 报价要求：包含耗材达到医院验收标准和正常使用在内的所有费用，包含但不限于所提供的产品的生产、保险、代理、运输、培训、税费等供应商完成本项目所需的一切费用。

五、结算方式

分批次送货，验收合格办理入库手续后，于入库验收之日起，6个月内支付相对应的货款。

六、市场调研报价表

泸州市中医医院 2025 年政府采购医用耗材清单（国产）

市场调研报价表

序号	医疗耗材名称	是否进口	是否挂网	单价（元）	单位	预算数量	总价（元）	参数	品牌或生产厂家	备注
合计：_____（元）（小写） _____（元）（大写）										

注：供应商的报价是供应商响应比选项目要求的全部工作内容的价格体现，包括本项目产品生产、运输费、人工费、风险、管理、保险、税费等供应商完成本项目所需的一切费用。

供应商名称（盖单位章）：

联系人及电话：

日期：